



Toll-free:400-611-2007

Order:010-62617225 62979301

Email:zomanbio@126.com

Http://www.zomanbio.com

版本号:2018-07-09

零背景ZT4 Simple-Blunt快速克隆试剂盒

Zero Background ZT4 Simple-Blunt Fast Cloning Kit

(目录号: ZC208) 不含MCS (without MCS)

· 快速 · 简捷 · 高效 · 稳定性高

- 无多克隆位点:方便客户自行引入酶切位点进行亚克隆
- 可5min快速连接, 且克隆效率超过95%
- 无需IPTG及X-Gal进行蓝白斑筛选
- PCR扩增产物无需磷酸化
- 酶切产物无需去磷酸化
- 专用于平滑末端DNA片段或PCR扩增产物
- 特别适合Pfu、KOD等系列产物的克隆

实验室使用, 仅用于科研

北京庄盟国际生物基因科技有限公司
Beijing Zoman Biotechnology Co.,Ltd.

■ 产品组成

试剂盒组成	ZC208-1(20次)	ZC208-2(60次)
ZT4 Simple-Blunt Vector (35ng/μl)	20μl	3×20μl
5 × Quick Ligation Buffer	40μl	3×40μl
T4 DNA Ligase (5 Weiss Units/μl)	20μl	3×20μl
877bp Control Insert (50ng/μl)	5μl	5μl
1×菌落PCR MasterMix (ZT4 Simple-Blunt引物)	1ml	3×1ml
ZT4 Simple Forward Primer	100μl	300μl
ZT4 Simple Reverse Primer	100μl	300μl

注：5×Quick Ligation Buffer 在低温条件下，有可能析出沉淀，50°C加热5min沉淀可完全溶解，振荡混匀后使用，不影响连接效果。

保存：-20°C至少保存1年。

■ 产品简介

零背景ZT4 Simple-Blunt克隆试剂盒(不含MCS)是专门对平滑末端DNA片段或PCR扩增产物进行高效克隆的一种阳性筛选系统。该克隆载体包含一个致死基因，当目的DNA片段插入克隆位点时，该致死基因被破坏，故仅带插入目的片段的克隆才能生长形成白色菌落，无需加入IPTG及X-Gal进行蓝白斑筛选，克隆阳性率超过95%。

■ 操作步骤

※ 目的片段连接

1. 插入片段的准备：平末端PCR产物或者酶切后平末端片段

1) 纯度：推荐使用琼脂糖凝胶电泳切胶纯化回收目的片段（建议长波紫外光下切胶或者可见光透射切胶，避免DNA损伤造成连接失败）。本公司的小量琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒或小量DNA产物纯化试剂盒可以对70bp以上的DNA片段有很好地回收效果。

2) 总量与浓度：在通常状况下，没有必要对插入片段进行精确定量，一般载体与插入片段的摩尔比优化至1:1~1:10 就可以得到良好结果。推荐载体与片段摩尔比控制在1:3~1:7之间。

10μl 连接体系下，需要加入插入片段的总量与浓度粗略估算如下：

插入片段大小 (bp)	推荐用量 (ng)	片段纯化后浓度 (ng/μl)
100-1000	10-100	>5
1000-2000	100-200	>10
2000-5000	200-400	>15

2. 连接反应: (10μl反应体系)

1) 反应按以下体系进行:

5 × Quick Ligation Buffer	2μl
ZT4 Simple-Blunt Vector	1μl
纯化后的平端DNA片段/或者1μl 877bp control	Xμl
T4 DNA Ligase (5 Weiss Units/μl)	1μl
灭菌水	补足至10μl
Final Volume	10μl

注: 为使用方便, 可将T4 DNA Ligase和5×Quick Ligation Buffer按1:2比例混合均匀后使用, -20°C保存, 可耐受至少60次的反复冻融。

加完试剂后, 用10μl 移液器反复吹打混匀或者轻弹管底混匀, 低速瞬时离心收集所有液体在离心管底。

注: 如果使用5μl 体系连接, 各成分按照比例减半使用, 使用次数可以加倍。

2) 20~30°C室温连接5-10分钟。

注: 推荐22°C连接5-10分钟, >3kb长片段连接可以延长至30分钟。不要超过30分钟, 超过可能降低转化子数量。有条件可在PCR 仪中完成。

3) 连接产物可直接转化感受态细胞或贮存于-20°C。

注: 如尚未准备好感受态细胞, 可以将连接产物短时间置于冰上备用。

※ 连接子转化与筛选

1. 转化: (具体请按所购买感受态说明书操作)

1) 加入4~5μl 连接液 (感受态细胞应刚从-70°C冰箱取出放于冰浴上, 待刚刚解冻时加入连接产物, 连接产物的加入量不得超过感受态细胞体积的1/10), 轻轻混匀。冰上放置30分钟。

2) 42°C水浴热激60秒, 冰上放置2~3分钟, 其间不能摇动离心管。

3) 加250-500μl LB或者SOC培养基(不含抗生素), 37°C 180rpm振荡培养30-60分钟。

4) 将150-250μl 细菌涂布在氨苄青霉素(100μg/ml)平板上。待平板表面干燥后, 倒置平板, 37°C培养12- 16 h过夜。(为得到较多克隆, 4000rpm离心1分钟, 弃掉部分上清, 保留100-150μl, 轻弹悬浮菌体, 取全部菌液涂板, 培养过夜。)

2. 筛选:

转化子的筛选鉴定:

本制品阳性率相当高, 一般情况下, 可以达到所见即所得, 只要是长出来的菌落正常 (不是污染的杂菌, 转化子数量也不算太少), 基本就包含插入。因此插入片段不超过3kb的情况下可以不用鉴定直接挑1-2个菌去测序。

1) 常规检测：将得到的菌落接种1-5 ml LB（含有终浓度为100 μ g /ml 的氨苄青霉素）培养基，37°C摇床振荡培养过夜，保存菌种后提取质粒，应用PCR或酶切方法鉴定插入片段是否正确。

2) 快速检测：挑取菌落直接进行PCR检测（可参见分子克隆第3版本）。

①挑取白色单克隆至10 μ l无菌水中，混匀。

②取1 μ l混合于20 μ l 菌落PCR MasterMix体系中进行阳性克隆鉴定。

菌落PCR反应体系与反应条件


94°C	5min	菌落模板	1 μ l
94°C	15s	菌落PCR MasterMix(ZT4 Simple-Blunt引物)	20 μ l
55°C	20s	30 cycles	
72°C	x min*		

72°C 5-10min *根据片段大小确定延伸时间。扩增能力4kb/min。

3) 测序鉴定：①正向：使用试剂盒自带ZT4 Simple Forward Primer引物测序。

②反向：使用试剂盒自带ZT4 Simple Reverse Primer引物测序。

ZT4 simple-Blunt载体图谱



ZT4 simple-Blunt载体测序引物序列

T7 Forward Sequencing Primer, 23-mer:
5' -CGACTCACTATAGGGAGAGCGTC-3'

RSP Reverse Sequencing Primer, 24-mer:
5' -AAGAACATCGCTTTGATGGCAG-3'

ZT4 simple-Blunt载体多克隆位点序列

		forward sequencing primer,23-mer																							
		T7 transcription start																							
		T7 promoter																							
5'	GGC	GTA	ATA	CGA	CTC	ACT	ATA	GGG	AGA	GCG	TCC	GCC	GGG	TCT	CCC	GGG	TGG	TTC	GAG	TTT	TTC	AGC	AAG		
3'	CGG	CAT	TAT	GCT	GAG	TGA	TAT	CCC	TCT	CGC	AGG	CGG	CCT	AGA	GGG	CCT	ACC	AAG	CTC	AAA	AAG	TCG	TTC		
	Ala	Tyr	Tyr	Ser	Glu	Ser	Tyr	Pro	Ser	Arg	Gly	Gly	Ser	Arg	Gly	Ser	Pro	Glu	Leu	Lys	Glu	Ala	Leu		
AT		blunt-end PCR product		A	TCT	CTC	TAG	CAG	GTC	TCC	TAC	AAT	ATT	CTC	AGC	TGC	CAT	CGA	AAA	GCG	ATG	TTC	TTC	T	3'
TA				T	AGA	GAG	ATC	GTC	CAG	AGG	ATG	TTA	GAG	TCG	ACG	GTA	GCT	TTT	CGC	TAC	AAG	AAG	A	5'	
				Arg	Glu	Leu	Leu	Asp	Gly	Val	Ile	Asn	Glu	Ala	Ala	Met	Ser	Phe	Arg	His	Glu	Glu			
reverse sequencing primer,24-mer																									