



ZOMANBIO

# XL1-BLUE 感受态细胞

## XL1-BLUE Chemically Competent Cell

Cat.NO. ZC1013

本产品仅供科研使用. 请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

版本号: 2018-09-14

目录编号	产品名称	包装单位
<input type="checkbox"/> ZC1013-1	XL1-BLUE 感受态细胞	10×100μl
<input type="checkbox"/> ZC1013-2	XL1-BLUE 感受态细胞	20×100μl

备注: 以上包装均含有 Compcell Control Plasmid pUC19(0.1ng/μl)10μl (质量控制用)。

储存: -70°C 保存六个月。

### 产品介绍:

本公司生产的 XL1-BLUE 化学感受态细胞是经特殊工艺处理得到的感受态细胞，可用于 DNA 的化学转化。使用 pUC19 质粒 DNA 检测，转化效率高达  $10^8$ cfu/ $\mu$ g DNA 以上。

基 因 型 为: ecA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 (rk<sup>-</sup>,mk<sup>+</sup>), relA1 lac [F' proAB lacIqZ Δ M15: Tn10 (Tet<sup>R</sup>)]

### 产品特点:

XL1-Blue 菌株能保证高拷贝质粒稳定复制, recA1 和 endA1 的突变有利于插入 DNA 的稳定和高纯度质粒 DNA 的提取。hsdR17 突变导致 EcoK 核酸内切酶系统缺失, 增强了外源 DNA 的稳定性和提取质量。lacIqZΔM15 的存在使 XL1-Blue 菌株可用于蓝、白斑筛选。此菌株具有四环素抗性。

### 操作步骤:

以下操作均按无菌条件的标准进行：

- **转化:** 取感受态细胞置于冰浴中(解冻 1-2 分钟), 加入目的 DNA, 轻轻混匀, 在冰浴中放置 30 分钟。  
注意: 所使用 DNA 体积不要超过感受态细胞悬液体积的 1/10, 100μl 感受态细胞能够被 1ng 超螺旋质粒 DNA 所饱和。
- **热激:** 将离心管置于 42°C 水浴中放置 60-90 秒, 然后快速将管转移到冰浴中, 使细胞冷却 2-3 分钟, 该过程不要摇动离心管。
- **复苏:** 向每个离心管中加入 500μl 无菌的 SOC 或 LB 培养基 (不含抗生素), 混匀后置于 37°C 180rpm 摆床振荡培养 45-60 分钟, 目的是使质粒上相关的抗性标记基因表达, 使菌体复苏。
- **涂板:** 根据实验要求 (质粒, 重组连接产物转化), 吸取适量体积已转化的感受态细胞加到含相应抗生素的 SOC 或 LB 固体琼脂培养基上, 将细胞均匀涂开。将平板置于室温直至液体被吸收, 倒置平板, 37°C 培养 12-16 小时。

### 提示:

- 刚刚化冻的细胞, 转化效率最高。化冻后感受态细胞冰浴条件下, 半小时内活性无明显变化, 因此, 同时转化多支感受态细胞时尽量半小时内加完目的 DNA。
- 感受态细胞应保存在 -70°C, 请避免反复冻融, 以免降低感受态细胞的转化效率。
- 进行转化操作时, 请在无菌条件下, 根据相应温度要求进行实验。
- 避免用移液枪吹吸, 整个过程要轻柔, 尽量低温操作。
- 为防止转化实验不成功, 可以保留部分连接反应液, 以重新转化, 将损失降到最低。